社 内 検 査 成 績 表

メーカー:　　　　　　　　　　　　　　　　型　式:

製造番号:　　　　　　　　　　　　　　　　管理番号:

検知対象ガス:

検　査　日:　　　　年　　月　　日　　　　検査担当:　　　　　　　　　　印

試験結果

校正ガス名	校正ガス濃度	規格(校正ガス濃度の)	校正後の値	結果
酸素(O2)	vol% / N2	± 0.7 vol%以内	vol%	
メタン(CH4)	%LEL / Air	± 10 %LEL以内	%LEL	
硫化水素(H2S)	ppm / N2	± 10 ppm以内	ppm	
一酸化炭素(CO)	ppm / N2	± 1.5 ppm以内	ppm	

点検項目

No.	項　目			結果
1	本体、吸引ポンプの外観異常(錆・カビ・亀裂等)			
2	吸引ホース、接続チューブ、充電器等 付属品の外観異常			
3	異常表示が無いことを確認			
4	警報(ブザー音・ランプ点滅・振動)の作動確認			
5	メーカー点検　　年　月より1年以内であることを確認			
6	付属品確認	アルミ収納ケース	1	
7		ガス検知器　本体	1	
8		充電器・ACアダプター	1 式	
9		取扱説明書(ガス検知器)	1	
10 ★		吸引ポンプ(PR-6)　ハンドストラップ付き	1	
11 ★		接続アダプタ(黒色樹脂製)	1	
12 ★		接続チューブ(スパイラル状)	1	
13 ★		浮子式吸引チューブ(8m)	1 式	
14 ★		テーパーノズル(黒色ゴム製)	1	
15 ★		取扱説明書(ガス検知器)	1	
備考				

※メーカーの推奨する標準ガスを使用して、校正を行っています。

※校正後の結果が『良』、点検項目No.1～2が『無』、No.3～5が『済』、No.6～15が『有』であれば合格とします。

　但し、No.10★～15★はオプション部品につき『無』で合格の場合もあります。

理研通商株式会社
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町46番2号
TEL : 072-827-9361　　FAX : 072-827-9366